Médi-Toile Inc. 2932-2 ch. Milletta, Magog, (Québec) Canada J1X 0R4
Tél. : 819-868-6742 800-361-8930 Fax : 819-868-0612 888-868-0612
www.meditoile.com Courriel : info@meditoile.com

CHAISE DE BAIN AJUSTABLE #100 AJ

Avec ou sans ouverture

GRANDEUR DE LA CHAISE	
DOSSIER	**32PO X 17PO**
SIÈGE	**18PO X 17PO**
BASE	**15PO1/2 X 23PO**
PÈSE	**10 LBS**
	EN ALUMINIUM

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

Laver à la machine **à l'eau tiède** avec **un savon doux** à **basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F** pendant au moins **trois minutes.**

Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.

Ne pas sécher à la sécheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.

Ne pas repasser.